




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I. Cihac nr. 30, Tel : 0232/239.408, Fax: 0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro

romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union



Nr. de exemplare : 1

Vizat
Manager,
Conf Univ. Dr. Cristina Grigorescu



CAIET DE SARCINI

Servicii de reparare a defecțiunii accidentale a compresorului Compair L30 de pe linia 1 de producere a oxigenului medical, din stația de fluide medicale, prin înlocuirea piesei defecte: termostat compresor Compair L30.

CAIETUL DE SARCINI face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Conține în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Autoritatea contractantă dorește încheierea unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 3 luni în vederea achiziționării de **Servicii de reparare a defecțiunii accidentale a compresorului Compair L30 de pe linia 1 de producere a oxigenului medical, din stația de fluide medicale, prin înlocuirea piesei defecte: termostat compresor Compair L30**, aflată în dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Iași, strada Dr. I. Cihac nr. 30, jud. Iași.

I. Introducere:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași îndeplinește rolul de Autoritatea / entitatea contractantă, respectiv Autoritatea / entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa precizeze in cadrul ofertelor faptul ca la elaborarea acestora au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si protectia muncii in conformitate cu art 51 din Legea 98/2016. Detalii privind reglementarile obligatorii in domeniile mentionate mai sus se pot obtine la adresele: www.mmuncii.ro si www.anpm.ro. In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi asumata de toti membrii asocierii

II. Contextul realizării acestei achiziții

II.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași;

Adresa autorității contractante: Iași, strada Dr. I. Cihac nr. 30, jud. Iași

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, în subordinea Consiliului Județean Iași, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale în specialitatea pneumologie pe baza Contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași și este înființat prin Decizia nr. 326/1973 a Consiliului Popular Județean Iasi. Intervensiile care se vor executa:

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziția serviciilor și produselor

Prin atribuirea Serviciilor de reparații și achiziție de piese de schimb, autoritatea contractantă urmărește buna funcționare a echipamentelor din stația de fluide medicale din dotarea spitalului, pentru asigurarea furnizării de fluide medicale în parametri nominali de calitate, presiune și puritate necesare în activitatea medicală.

Piese de schimb ce vor fi achiziționate, trebuie să fie noi, să provină de la producători agreați de producătorul echipamentului. În acest sens, se vor prezenta documente de proveniență din care să rezulte că piesele de schimb îndeplinesc această condiție.

III.4 Valoarea estimată a contractului este de : 1940,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 368,60 lei, compusă din:

a. Servicii de reparații și piese de schimb (înlocuirea următoarelor piese: termostat compresor L30 (piesa de schimb nouă) pentru 1 bucată compresor L30- de pe linia nr. 1 de producere a oxigenului medical.

III.5 Termenul de intervenție este de maxim 30 de zile calendaristice de la comanda ferma.

IV. Propunerea tehnică va include date, informații și detalii privitoare la îndeplinirea fiecăruia dintre cerințele tehnice solicitate (descriere materiale/metode, dispozitive de măsură și/sau control utilizate pentru atingerea scopului, etc.). Prestatorul activității de reparații va avea personal instruit și/sau autorizat de către producătorii echipamentelor.

Se vor asigura verificările metrologice, acolo unde este cazul (prin laboratorul propriu sau contract-convenție cu BRML)

Prestatorul de servicii va acorda garanție de minim 6 luni pentru piesele de schimb și serviciile de reparații efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului (se va anexa o declarație în acest sens).

Prestatorul de servicii va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor pentru care sunt contractate servicii (se va anexa o declarație în acest sens);

Autorizații și avize necesare :Prestatorul trebuie să aibă personal calificat/autorizat, să dețină și să prezinte următoarele avize și autorizații, care fac obiectul prezentei specificații tehnice:

1. Aviz de funcționare de la Ministerul Sănătății pentru instalare, punere în funcțiune și service pentru dispozitive medicale,

2. Autorizație de școlarizare de la producătorul echipamentului - pentru service în perioada de garanție și postgaranție

3. Certificare conform ISO 13485 pentru instalare, punere în funcțiune și service pentru dispozitive medicale emis de organism certificat pe domeniul respectiv.

4. Certificare conform ISO 9001 pentru instalare, punere în funcțiune și service pentru dispozitive medicale emis de organism certificat pe domeniul respectiv.

5. Certificare conform ISO 14001 pentru instalare, punere în funcțiune și service pentru dispozitive medicale emis de organism certificat pe domeniul respectiv.

6. Autorizație ISCIR conform PT CR4-2009, pentru montare și reparare la instalații tip conducte metalice pentru fluide reglementate de PT C6-2010 colecția ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din teavă de cupru medical.

7. Personal tehnic de specialitate propriu conform PT CR4-2009, pentru montare și reparare la instalații tip conducte metalice pentru fluide reglementate de PT C6-2010 colecția ISCIR: Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP) și Responsabil tehnic cu sudura (RTS), pentru trasee de gaze medicale din țevă de cupru medical.

8. Personal calificat în operațiuni de lipire, conform standardului SR EN ISO13585:2012, pentru trasee de gaze medicale din țevă de cupru medical.

9. Personal autorizat ISCIR conform PT CR 9-2013 colecția ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din teavă de cupru medical.

10. Procedee de lipire, omologate conform SR EN 13134:2002, pentru trasee de gaze medicale din țevă de cupru medical.

11. Procedee de sudare omologate conform PT CR 7-2013 –ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din țevă de cupru medical.

Pe parcursul desfasurarii activitatii de service, prestatorul de servicii este obligat sa respecte Normele in vigoare de protectie a muncii si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, normativele si prescriptiile tehnice in vigoar precum si prevederile de asigurare a calitatii.

Prestatorul este obligat sa foloseasca pentru realizarea serviciilor numai personal autorizat si instruit corespunzator – sa aiba instructaj de PSI si Protectia muncii efectuat.

III.6 Garanția serviciilor și pieselor

Prestatorul are obligația de a acorda o **garanție de minim 6 luni**, pentru piesele de schimb și intervențiile (reparațiile) efectuate, anexând la procesul verbal de recepție certificatele de calitate și garanție. Piesele de schimb ce vor fi achiziționate, trebuie să provină de la producători agreați de producatorul echipamentului. În acest sens, se vor prezenta documente de proveniență din care să rezulte că piesele de schimb îndeplinesc această condiție.

Termenul de remediere sau înlocuire a componentelor defecte in termen de garanție este de max. 72 de ore de la constatarea necesității înlocuirii și se execută la locația achizitorului.

Șef Serviciu Administrativ-Tehnic
Ing. Netcă Gabriel-Petru

